



SPP ZOZ  
IM. DR. ST. DERESZA  
W CHOROSZCZY

*Samodzielny Publiczny Psychiatryczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy  
16 – 070 Choroszcz tel. +48 85 719 10 91  
ul. Plac Z. Brodowicza 1 fax. +48 85 719 28 00*

Choroszcz, dn. 21.09.2022r.

Nr sprawy: SZP 3820 – 38/22

**Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż 130 000 złotych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)**

1. **Zamawiający:** Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy ul. Plac Z. Brodowicza 1 16-070 Choroszcz zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na **zakup systemu holter EKG i RR z oprogramowaniem.**
2. Przedmiot zamówienia został określony w Specyfikacji technicznej - Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania, stanowiący jej integralną część.
3. Termin realizacji zamówienia: **do 56 dni kalendarzowych od podpisania umowy.**
4. Przy wyborze oferty, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium i jego znaczeniem:

Lp.	Nazwa kryterium	Kryterium (waga w %)	Punkty
1.	Cena (C)	80	80
2.	Jakość (J)	20	20

**W kryterium "Cena" (waga 80%) ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:**

$$C = \frac{\text{Najniższa cena brutto spośród złożonych ofert}}{\text{Cena brutto oferty badanej}} \times 100 \times 80\%$$

Do obliczenia punktów za kryterium "Cena" Zamawiający przyjmie cenę podaną w formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Uzyskane w ten sposób punkty będą przemnożone przez wagę kryterium 80%. W kryterium "Cena" oferta może uzyskać maksymalnie 80 punktów.

**W kryterium J = „Jakość” - znaczenie 0%**

Ocena w zakresie kryterium „jakość” zostanie dokonana na podstawie wypełnionego Specyfikacji technicznej, stanowiącego załącznik nr 2 i złożonej w nim deklaracji Wykonawcy

**Punkty przyznawane za kryterium „jakość” będą liczone wg następujących zasad:**

**Parametry oceniane:**

- 1) *Sygnalizacja niewystarczającego poziomu zasilania przed uruchomieniem rejestracji*  
*Ocena: TAK – 5 pkt./NIE – 0 pkt.*
- 2) *Pomiar ciśnienia skurczowego w zakresie 60-260mmHg, rozkurczowego w zakresie 30-200mmHg*

Ocena: Zakres wymagany – 0 pkt./Zakres większy niż wymagany – 5 pkt

3) Liczba pomiarów minimum 270.

Ocena: Wartość wymagana – 0 pkt./Wartość większa niż wymagana – 5 pkt.

4) Pamięć pomiarów minimum 450.

Ocena: Wartość wymagana – 0 pkt./Wartość większa niż wymagana – 5 pkt.

**Maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 20 pkt.**

Ocena ww. kryteriów dokonana zostanie w oparciu o informację zawartą w ofercie Wykonawcy

Ocenę końcową oferty stanowić będzie suma punktów poszczególnych kryteriów obliczonych zgodnie z poniższym wzorem  $C+J =$  końcowa ocena oferty.

**5. Wykonawca składa następujące dokumenty:**

- 1) Formularz ofertowy – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
- 2) Specyfikację techniczną – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania

**2. Termin złożenia oferty i otwarcia ofert:**

Oferty należy złożyć do dnia **26.09.2022 r. do godz. 10:00**

**3. Sposób przygotowania oferty:**

Ofertę na formularzu ofertowym należy złożyć przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: [joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl](mailto:joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl)

W tytule wiadomości wpisać: „Oferta - zapytanie ofertowe nr sprawy: SZP 3820 – 38/22”

**4. Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami :**

Joanna Zalewska tel. 85/7191091 wew. 404 e-mail: [joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl](mailto:joanna.zalewska@sppchoroszcz.med.pl)

**5. Zamawiający zastrzega sobie prawo:**

- 1) w toku badania i oceny ofert do żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert,
- 2) podjęcia ewentualnych dalszych negocjacji cenowych w celu zawarcia umowy,
- 3) swobodnego wyboru oferty lub rezygnacji z wyboru oferty bez podania przyczyny,
- 4) jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans cenowy, Zamawiający przeprowadzi negocjacje z Wykonawcami,
- 5) unieważnienia zapytania lub zmiany jego warunków, w tym ograniczenia zakresu zamówienia, bez podania przyczyny.

**11. W załączeniu:**

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy
- 2) Załącznik nr 2 – Specyfikacja techniczna
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt umowy

*Z-ca Dyrektora  
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy*

*mgr Bogdana Minkiewicz*