

Choroszcz, dn. 17.02.2025 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 7/25
Dotyczy: zapytania ofertowego „DOSTAWA TESTÓW”.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu, przedstawia poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami

1. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania testu, którego czułość i swoistość dla każdego czynnika etiologicznego były oceniane z zastosowaniem co najmniej 100 próbek? Przy mniejszej ilości próbek wynik oceny takich parametrów można zakwestionować opierając się na powszechnie stosowanych metodach statystycznych. Niewielka liczba próbek poddawanych ocenie wiąże się z koniecznością stosowania testów statystycznych charakteryzujących się mniejszą mocą, co zwiększa ryzyko przyjęcia fałszywej hipotezy i podważa prawdziwość twierdzenia o określonej czułości i swoistości danego testu diagnostycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o takich parametrach.

2. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania testu zawierającego 3 odrębne membrany testowe (osobna membrana testowa i „studzienka” dla wirusa SARS-CoV-2, grypy i RSV)? Wykrywanie trzech rodzajów wirusów na 3 membranach pozwoli uniknąć błędnej interpretacji wyników testu, jaka mogłaby nastąpić w następstwie odczytywania wyników na jednej lub dwóch membranach, gdzie linie testowe dla poszczególnych wirusów w okienku odczytu znajdują się na tyle blisko siebie, że w wynik może zostać błędnie zinterpretowany, co może poskutkować wdrożeniem nieadekwatnej terapii.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zaoferowania testu o takich parametrach.

3. Czy w Pakiecie nr 1 Zamawiający wymaga zaoferowania testu z czasem odczytu wyniku wynoszącym poniżej 15 minut?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o takich parametrach.

4. Czy w Pakiecie nr 2 Zamawiający dopuści zaoferowanie testu przeznaczonego do wykrywania: amfetaminy 300 ng/ml, buprenorfiny 10 ng/ml, benzodiazepin 200 ng/ml, fentanylu 20 ng/ml, ecstasy (MDMA) 500 ng/ml, metamfetaminy 300 ng/ml, metadonu 300 ng/ml, opiatów 300 ng/ml, THC 25 ng/ml, mefedronu 100 ng/ml, syntetycznej marihuany (K2) – 50 ng/ml, katynonów – 150 ng/ml?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu o takich parametrach.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

ZASTĘPCA DYREKTORA
Zakładu Lecznictwa

lek. Justyna Anna Pitasiewicz

#Masz nas!