

Choroszcz, dn. 25.11.2025 r.

*Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 50/25*

*Dotyczy: zapytania ofertowego na „DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA DO KOAGULOLOGII”.*

**Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego**

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu, przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

**Pytanie 1**

Dot. zał. 2, formularz cenowy, pkt 2 – Czy Zamawiający dopuści odczynnik do APTT, którego ilość oznaczeń w pojedynczej fiołce wynosi 40?

**Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający dopuszcza odczynnik do APTT, którego ilość pojedynczych oznaczeń w jednej fiołce wynosi 40, co przekłada się na 20 dubletów.

**p.o. DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu

*Alicja Skindzielewska*

**SPECJALISTA**  
ds. zamówień publicznych

*Katarzyna Backiel*

**#Masz nas!**