

Choroszcz, dn. 04.12.2025 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 54/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na „DOSTAWĘ ANALIZATORA”.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prośba o wyjaśnienie czy podany adres mailowy: zamowienia@sppchoroszcz.pl jest poprawny, czy winno być: zamowienia@sppchoroszcz.med.pl ?

ODP: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego: zamowienia@sppchoroszcz.pl

Pytanie 2

Prośba o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia aparatu w ciągu 5 dni od podpisania umowy (pkt. 33 OPZ) czy w ciągu 5 dni roboczych (pkt. 3 Zapytania i par. 2 pkt. 1 Projektu umowy).

ODP: Zgodnie z treścią zapytania ofertowego: do 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowany analizator zapewniał wydajność na poziomie co najmniej 300 testów na godzinę dla samej analizy chemicznej oraz co najmniej 120 testów na godzinę dla analizy osadu i trybu połączonego?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie pozwalało na wykonanie badania przy objętości próbki wynoszącej maksymalnie 1,5 ml dla analizy chemicznej oraz maksymalnie 2,0 ml dla analizy osadu lub trybu połączonego?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator w trybie podstawowym (stand-alone) posiadał podajnik o pojemności co najmniej 60 pozycji na próbki?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie było wyposażone w dedykowaną pozycję awaryjną (STAT/CITO), której uruchomienie odbywa się za pomocą osobnego przycisku i gwarantuje automatyczny priorytet dla badanej próbki?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 7

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie miało możliwość podglądu zdjęcia paski i ew. porównania wyników analizy?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator oznaczał osmolalność i przewodność przy użyciu dedykowanego modułu, a nie poprzez odczyt parametrów z paska?

ODP: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 9

Czy Zamawiający zapewni/wyrazi zgodę na zdalny dostęp serwisu do urządzenia w celu diagnozy w momencie ew. awarii?

ODP: Zgodnie z treścią umowy § 5 ust 3: „Czas przystąpienia do naprawy (okres pomiędzy zgłoszeniem przez Zamawiającego wad, a przystąpieniem Wykonawcy do ich usunięcia) wynosi maksymalnie 1 dzień roboczy rozumiany, jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu zgłoszenia. Zamawiający uznaje za reakcję serwisową również zdalną diagnostykę /naprawę wykonaną za pomocą połączenia serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej lub poprzez rozmowę telefoniczną.”

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Alicja Skindzielewska

SPECJALISTA
ds. zamówień publicznych

Katarzyna Backiel