

Choroszcz, dn. 03.12.2025 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 54/25

Dotyczy: zapytania ofertowego na „DOSTAWĘ ANALIZATORA”.

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, przedstawia poniżej treść zapytania wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego do pkt.19.

Czy Zamawiający dopuści technologię cytometrii przepływowej z ogniskowaniem hydrodynamicznym i cyfrową analizą wykonanych zdjęć elementów morfotycznych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienia dot. opisu przedmiotu zamówienia, załącznik nr 2 do zapytania ofertowego do pkt. 26:

Czy koszty związane z podłączeniem dwukierunkowym do sieci LIS ponosi Zamawiający czy Wykonawca?

Odpowiedź: Wykonawca nie ponosi kosztów wpięcia analizatora do LIS.

p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Alicja Skindzielewska