

Choroszcz, dn. 29.12.2025 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 60/25

Dotyczy: zapytania ofertowego „SUKCESYWNA DOSTAWA TESTÓW”

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu, przedstawia poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

§ 3 pkt 4 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminów płatności z 60 na 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Prośbę swą motywujemy tym, iż zgodnie z kodeksem cywilnym umowa powinna cechować się równością stron stosunku cywilnego. Korekta, o którą prosimy, w znacznym stopniu przybliży wymagany prawem charakter. W treści Kodeksu cywilnego nie ma postanowień, które wskazywałyby na preferowanie Zamawiającego, zawierającego umowę o zamówienie publiczne. Także żaden zapis z Prawa zamówień publicznych nie uprawnia Zamawiającego do czynienia odstępstw od zasady równości stron.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury.

Pytanie 2

§ 6 pkt 1 - Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto.

Uzasadnienie:

VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikację zapisów.

Pytanie 3

§ 6 pkt 1 ppkt 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do maksymalnie 5% wartości netto niezrealizowanej umowy?

Uzasadnienie:

Jeśli dostawa towaru będzie w znaczącej mierze realizowana w sposób prawidłowy, a dla przykładu odstępstwo od umowy będzie dotyczyć niewielkiej partii towaru, to zastrzeżenie kary umownej naliczanej od ogólnej wartości całej umowy na dostawę będzie miało charakter rażąco zawyżony. W takiej sytuacji nie budzi wątpliwości dysproporcja między poniesioną szkodą a wysokością kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodę na wprowadzenie modyfikację zapisów.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 1

Pytanie nr 4

Czy zamawiający dopuści testy panelowe zanurzeniowe, wykrywające obecność substancji jak poniżej:

OPI1000/MDMA500/MTD300/BZO300/AMP500/MET500/K250/FYL100/THC50/BUP10/MEP100/CAT150.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5

Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych x 25 szt. (po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań), przy czym poszczególne testy w opakowaniach są szczelnie zamknięte w opisanych, indywidualnych saszetkach, z możliwością użycia każdego testu do końca podanej daty ważności, niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Czy w Pakiecie Nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów o następujących wartościach cut-off:

- Opiaty punkt odcięcia 300 ng/ml;
- Ekstazy punkt odcięcia 500 ng/ml;
- Metadon punkt odcięcia 300 ng/ml;
- Benzodiazepiny punkt odcięcia 200 ng/ml;
- Amfetamina punkt odcięcia 300 ng/ml;
- Metamfetamina punkt odcięcia 300 ng/ml;
- Marihuana syntetyczna K2 punkt odcięcia 50 ng/ml;
- Fentanyl punkt odcięcia 20 ng/ml;
- THC, marihuana punkt odcięcia 25 ng/ml;
- Bupremorfina punkt odcięcia 10 ng/ml;
- Mefedron punkt odcięcia 100 ng/ml;
- Catynony punkt odcięcia 150 ng/ml.

W przypadku opiatów, benzodiazepin, amfetaminy, metamfetaminy oraz marihuany wymienione wartości cut-off są mniejsze od podanych w SWZ, co w praktyce oznacza, że test jest bardziej czuły i daje większą pewność wykrycia wspomnianych substancji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Poniższe pytania dotyczą opisu przedmiotu zamówienia w Pakiecie Nr 2

Pytanie nr 7

Czy w Pakiecie Nr 2 poz. 1 Zamawiający dopuści zaoferowanie testów konfekcjonowanych x 25 szt. (po przeliczeniu testów na odpowiednią ilość opakowań), przy czym poszczególne testy w opakowaniach są szczelnie zamknięte w opisanych, indywidualnych saszetkach, z możliwością użycia każdego testu do końca podanej daty ważności, niezależnie od tempa zużycia pozostałych testów z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Czy w Pakiecie Nr 2 poz. 1 Zamawiający wymaga, aby czułość i swoistość zaoferowanego testu przeznaczonego do wykrywania SARS-CoV-2, grypy A/B i RSV zostały wyznaczone wobec metody PCR?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9

Czy w Pakiecie Nr 2 poz. 1 Zamawiający wymaga zaoferowania testu przeznaczonego do wykrywania SARS-CoV-2, grypy A/B i RSV w wymazie z nosa i nosogardzieli?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Powyższe zmiany są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

[Signature]
p.o. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Alicja Skindzielewska

