

Choroszcz, dn. 08.04.2026 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 8/26

Dotyczy: zapytania ofertowego „DOSTAWA BARWNIKÓW, ODCZYNNIKÓW, KALIBRATORÓW, MATERIAŁÓW KONTROLNYCH I SZYBKICH TESTÓW DIAGNOSTYCZNYCH”

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, przedstawia poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygeny GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygeny GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B? Względna czułość i specyficzność testu wynosi >99%. Do każdego opakowania dołączona zewnętrzna kontrola pozytywna w formie wymazówki dla C. difficile GDH, toksyny A i toksyny B. Próbkę można przechowywać w temperaturze $4 \pm 2^{\circ}\text{C}$ przez maksymalnie 24 godziny. W przypadku dłuższego przechowywania próbkę należy zamrozić (w temperaturze od -60°C do -80°C).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie szybkiego testu immunochromatograficznego do wykrywania antygeny GDH, toksyny A i toksyny B Clostridium difficile w kale o czułości analitycznej wynoszącej 0,8 ng/ml dla antygeny GDH, 2 ng/ml dla toksyny A i 0,63 ng/ml dla toksyny B.

Pytanie 2

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opakowania zawierającego 40 sztuk indywidualnie, hermetycznie pakowanych kasetek testowych, 40 sztuk zakraplaczy oraz instrukcję obsługi?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie opakowania zawierającego 40 sztuk indywidualnie, hermetycznie pakowanych kasetek testowych, 40 sztuk zakraplaczy oraz instrukcję obsługi.

P. O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy

Alicja Skindzielawska