

Choroszcz, dn. 16.10.2026 r.

Numer referencyjny postępowania: SZP 3820 – 44/26

*Dotyczy: zapytania ofertowego na USŁUGĘ PRZEGLĄDÓW TECHNICZNYCH ORAZ NAPRAW
APARATURY MEDYCZNEJ*

Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego

I. Zamawiający – Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy, przedstawia poniżej treść zapytań wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający, mając na uwadze wybór najkorzystniejszej oferty oraz zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa usług serwisowych, wyrazi zgodę na wyodrębnienie z pakietu nr 2 pozycji 58-60 (urządzenia ARTROMOT) do odrębnego pakietu, biorąc pod uwagę, że są to wyspecjalizowane wyroby medyczne znacząco różniące się od pozostałych urządzeń objętych pakietem pod względem technologii, oprogramowania, wymagań producenta oraz specyfiki obsługi serwisowej, a ich wydzielenie umożliwi złożenie oferty przez autoryzowany serwis posiadający odpowiednie certyfikaty, personel regularnie szkolony przez producenta, specjalistyczny sprzęt diagnostyczny oraz aktualną wiedzę techniczną dotyczącą najnowszych rozwiązań konstrukcyjnych tych urządzeń, co gwarantuje realne i rzetelne wykonywanie przeglądów i napraw zgodnie z wymaganiami producenta oraz przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych, a przede wszystkim zapewnia bezpieczeństwo pacjentów i personelu?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie pozycji 58–60 z pakietu nr 2 do odrębnego pakietu (Pakietu nr 16). Formularz cenowy zostanie odpowiednio zmieniony. Zamawiający jednocześnie informuje, iż wobec zaistniałej omyłki pisarskiej w pozycjach Pakietu 2 (LP), zmianie uległa numeracja.

Pytanie 2

Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów i personelu, zagwarantowania wykonywania przeglądów, konserwacji i napraw wyrobów medycznych zgodnie z zaleceniami producenta oraz potwierdzenia znajomości aktualnej budowy technicznej urządzeń, zmian konstrukcyjnych, procedur serwisowych, aktualizacji oprogramowania, komunikatów bezpieczeństwa oraz innych zmian wprowadzanych przez producenta, wprowadzi wymóg przedstawienia aktualnych certyfikatów potwierdzających odbycie przez personel serwisowy szkoleń producenta w okresie ostatnich 24 miesięcy, co da gwarancję, że czynności serwisowe będą wykonywane przez osoby posiadające dostęp do aktualnej dokumentacji technicznej, narzędzi diagnostycznych, oprogramowania i procedur producenta, a tym samym zapewniające utrzymanie urządzeń w stanie zgodnym z wymaganiami dla wyrobów medycznych oraz bezpiecznym dla pacjentów i użytkowników?

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza wymogu przedstawienia certyfikatów potwierdzających odbycie szkoleń producenta w okresie ostatnich 24 miesięcy. Zamawiający podtrzymuje wymagania dotyczące posiadania odpowiednich uprawnień oraz wykonywania

usług zgodnie z zaleceniami producenta i obowiązującymi przepisami zgodnie z treścią zapytania ofertowego.

Pytanie 3

Dot. Formularz ofertowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na pozostawienie w formularzu ofertowym tylko tych Pakietów (z niezmienną ilością pozycji), na które Wykonawca składa ofertę, poprzez usunięcie pozostałych.

Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia tylko tych pozycji w danym Pakiecie, na który składa ofertę.

Pakiety, na które Wykonawca nie składa oferty należy, według uznania, pozostawić jako pola nieuzupełnione, przekreślane bądź usunąć.

Pytanie 4

Dot. zapisów Umowy § 7

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągnięte przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisów § 7 umowy. Treść umowy (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego) pozostaje bez zmian.

II. Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert

- pkt 7 zapytania ofertowego, otrzymuje następujące brzmienie:

- Oferty należy złożyć do dnia **20.10.2026 r. do godz. 12:00**
- Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.10.2026 r. o godz. 12:15**

III. W załączeniu zmieniony i obowiązujący załącznik:

- nr 2 do zapytania ofertowego – Formularz cenowy

DR. ANDRZEJ SZEWCUK
Kierownik Wydziału Publicznego Psychiatrycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
Im. Dr. Stanisława Deresza w Choroszczy
Andrzej Szewczuk